



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Scheda tecnica. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento della fornitura ed installazione di strumentazione di laboratorio 2011 (n. 13 lotti). Numero gara: 3125342

(allegato 1.2.11 alla deliberazione n. 92 del 03/08/2011)

**LOTTO N. 11 – AUTOCLAVI**

Criterio di aggiudicazione: offerta con il prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.

DESCRIZIONE	Q.tà	LUOGO E INDIRIZZO DI CONSEGNA	IMPORTO A BASE DI GARA – IVA ESCLUSA
A) Autoclavi verticali con volume utile di circa 140 litri	2	1 presso la Sezione di Latina, Via Serpieri 3  1 presso la Sezione di Frosinone – Via Armando Fabi snc – angolo Via Agusta	€ 130.000,00
B) Autoclavi verticali con volume utile di circa 75 litri	1	Sezione di Latina, Via Serpieri 3	
C) Autoclavi verticali con volume utile di circa 30 litri	2	1 presso la Sezione di Latina, Via Serpieri 3  1 presso la Sezione di Frosinone – Via Armando Fabi – angolo Via Agusta	
D) Autoclave orizzontale da banco elettronica e automatica con temperatura massima di sterilizzazione di circa 134°C, capacità di circa 30 litri, dimensioni di ingombro di circa 450X590X385h mm	1	Sezione di Rieti – Via Salaria per l'Aquila 8 – consegna sul retro in Viale Morroni 44/D	

**Le caratteristiche tecniche minime, pena esclusione, sono le seguenti, che dovranno essere chiaramente indicate nella relazione tecnica, con il riferimento puntuale al seguente numero identificativo di ciascuna caratteristica:**

Per le lettere A), B) e C):

1. Dotazione di generatore di vapore autonomo;
2. Dotazione di sistemi di sicurezza e tenuta antinfortunistici;
3. Dotazione di controller elettronico per programmazione e autodiagnostica e allarmi;
4. Dotazione stampante integrata;
5. Dotazione di data logger;
6. Dotazione termosonda;
7. Sistema di raffreddamento;
8. Ciclo di sterilizzazione completamente automatico richiesto dalla "Farmacopea Ufficiale";
9. Dotazione di 2 cestelli e di tutto il necessario per la messa in uso e il collaudo;
10. Manuale d'uso in italiano.

La fornitura dovrà comprendere l'installazione ed il collaudo presso le sedi di consegna.

**SCHEDA TECNICA LOTTO N. 11 – AUTOCLAVI**

1/1

**Per accettazione, data, timbro e firma del legale rappresentante o altro soggetto munito di poteri di firma.**