



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Scheda tecnica. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento della fornitura ed installazione di strumentazione di laboratorio 2011 (n. 13 lotti). Numero gara: 3125342 (allegato 1.2.3 alla deliberazione n. 92 del 03/08/2011)

LOTTO N. 3 – SPETTROFOTOMETRO IN TRASFORMATATA DI FOURIER (n. 2)

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.

DESCRIZIONE	Q.tà	LUOGO E INDIRIZZO DI CONSEGNA	IMPORTO A BASE DI GARA – IVA ESCLUSA
A) Spettrofotometro in trasformata di fourier FTIR con materiali di consumo	2	Sezioni di: Frosinone Via Armando Fabi snc angolo Via Agusta Latina Via Serpieri 3	€ 52.000,00
B) Pc notebook di ultima generazione	2		
C) Formazione - Corso in situ di due giornate	2 gg		

A) SPETTROFOTOMETRO IN TRASFORMATATA DI FOURIER FTIR CON MATERIALI DI CONSUMO

Le caratteristiche tecniche minime, pena esclusione, sono le seguenti, che dovranno essere chiaramente indicate nella relazione tecnica, con il riferimento puntuale al seguente numero identificativo di ciascuna caratteristica:

- 1) range minimo 380-7000 cm⁻¹;
- 2) modulo per misure in trasmissione;
- 3) celle da 5cm e da 1cm;
- 4) software per analisi quantitativa di idrocarburi in acqua
- 5) possibilità apzionale ATR.

B) PC NOTEBOOK DI ULTIMA GENERAZIONE

Il pc, oltre al collegamento allo strumento, deve permettere il collegamento alla rete aziendale con scheda di rete lan collegata via cavo. Inoltre i sw residenti devono essere compatibili con i pacchetti aziendali di condivisione delle risorse e protezione dai virus.

C) FORMAZIONE

Corso in situ di due giornate

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (massimo 60 punti).

I criteri generali dovranno essere chiaramente indicati nella relazione tecnica, con il riferimento puntuale alle seguenti lettere identificative del criterio:

Lettera identificativa del criterio	Criterio generale	Sub criterio	Punteggio massimo
-------------------------------------	-------------------	--------------	-------------------

SCHEDA TECNICA LOTTO N. 3 – SPETTROFOTOMETRO IN TRASFORMATATA DI FOURIER (n. 2)

1/2

Per accettazione, data, timbro e firma del legale rappresentante o altro soggetto munito di poteri di firma.



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Scheda tecnica. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento della fornitura ed installazione di strumentazione di laboratorio 2011 (n. 13 lotti). Numero gara: 3125342 (allegato 1.2.3 alla deliberazione n. 92 del 03/08/2011)

A	Garanzia di almeno 10 anni sull'interferometro	Se presente 10 punti.	10
B	Meccanica	Se presente il sistema di perni a levitazione magnetica: 5 punti.	5
C	Ottica	Trattamento con oro delle superfici delle ottiche per migliorare le prestazioni (step di 4 punti a scalare)	8
D	Risoluzione	Risoluzione non anodizzata , 8 massimo punti con step di 4	8
E	Rapporto segnale rumore espresso tra 2100 e 2200 cm-1 a ris 4cm-1 per un minuto di acquisizione	STEP DI 5 punti in ordine di sensibilità.	15
F	Referenze	Strumenti ftir installati nella pubblica amministrazione a partire da gennaio 2009. Numero maggiore di referenze: 2 punti	4
G	Assistenza	Numero di tecnici dedicati all'assistenza. Step di 2	4
H	Possibilità di generare report in formato xml	Se presente 6 punti	6