



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Scheda tecnica. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento della fornitura ed installazione di strumentazione di laboratorio 2011 (n. 13 lotti). Numero gara: 3125342 (allegato 1.2.5 alla deliberazione n. 92 del 03/08/2011)

**LOTTO N. 5 – ANALIZZATORE PORTATILE PER SOV TOC CON RIVELATORE FID
(n. 3)**

Criterio di aggiudicazione: offerta con il prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.

DESCRIZIONE	Q.tà	LUOGO E INDIRIZZO DI CONSEGNA	IMPORTO A BASE DI GARA – IVA ESCLUSA
A) Analizzatore portatile per SOV TOC con rivelatore FID	3	Sezioni di: Frosinone Via Armando Fabi snc angolo Via Augusta	€ 69.000,00
B) Formazione di una giornata per ciascuno strumento	3 gg	Latina Via A. Serpieri, 3 Rieti Via Salaria per l'Aquila 8 – consegna Viale Morroni, 44/D	

A) ANALIZZATORE PORTATILE PER SOV TOC CON RIVELATORE PORTATILE

L'analizzatore dovrà essere in grado di determinare automaticamente SOV e TOC in emissioni gassose tramite sonda inerte riscaldata e rivelatore FID. Lo strumento dovrà essere portatile, dotato di display, tastiera di controllo, sistema di memorizzazione dei dati e possibilità di connessione a PC tramite porta USB

Le caratteristiche tecniche minime, pena esclusione, sono le seguenti, che dovranno essere chiaramente indicate nella relazione tecnica, con il riferimento puntuale al seguente numero identificativo di ciascuna caratteristica:

- 1) Conformità alla norme UNI EN 13526 e UNI EN 12619;
- 2) Dotazione di sonda inerte, di lunghezza variabile, riscaldata ad almeno 150°C
- 3) Sistema pneumatico di prelievo del campione dotato di filtri inerti per proteggere il rivelatore
- 4) Limite minimo del campo di misura pari a 0.1 ppm
- 5) Linearità e deriva pari o migliore all'1%
- 6) Rumore di fondo non superiore allo 0.2 % del fondo scala;
- 7) Dotazione di display lcd , tastiera di programmazione, slot di memoria e porta USB
- 8) Dotazione di sw per PC per elaborazione dati
- 9) Alimentazione AC 220
- 10) Peso massimo : 10 kg senza bombole

B) FORMAZIONE

Corso di formazione in situ di una giornata per ciascuno strumento

**SCHEDA TECNICA LOTTO N. 5 – ANALIZZATORE PORTATILE PER SOV TOC
CON RIVELATORE FID (n. 3)**

1/1

Per accettazione, data, timbro e firma del legale rappresentante o altro soggetto munito di poteri di firma.