



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura e posa in opera di cappe da laboratorio

AVVISO 15/12/2010

- SI COMUNICA CHE IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE È STATO PROROGATO AL 11/01/2011.

- SI COMUNICA CHE IL TERMINE PER LA RICHIESTA DI SOPRALLUOGO (All. 1.1 Disciplinare di gara – punto 5 - pag. 6/15) è stato prorogato al 22/12/2010.

- SI RENDE NOTO CHE GLI ALLEGATI 1.2.1 E 1.2.2 SONO STATI MODIFICATI E SONO STATI PUBBLICATI NELLA VERSIONE AGGIORNATA. DI SEGUITO SONO RIPORTATI I PUNTI DI MODIFICA.

1) ALLEGATO 1.2.1:

- a. **Punto 5 pag. 3** – Le parole “di 2350 mm” sono state sostituite con le parole: **“tale da consentire l’allaccio al foro di aspirazione presente nei laboratori”**.
- b. **Punto 14 pag. 4** – Le parole dopo m/s sono state sostituite con: **“in condizioni normali di utilizzo, in tutte le sezioni del vano di apertura della cappa per ogni livello di apertura del saliscendi, in quanto vengono utilizzate costantemente sostanze ad elevata**



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Disciplinare di gara. Procedura aperta per l'affidamento della fornitura ed installazione di strumentazione e cappe da laboratorio (21 lotti) (allegato 1.1 alla deliberazione n. 141 del 14/10/2010)

tossicità come il dicromato di potassio, il solfuro di carbonio, l'acido solforico ed altre”.

- c. **Punto 15 pag. 5** – Il numero “800” è stato sostituito con: **“500”**.
- d. **Punto 16b pag. 5** - le parole “Dichiarazione di conformità alla DIN 12924 parte 2” sono state **ELIMINATE**.
- e. **Punto 20 pag. 8** – le parole “a pena di esclusione” sono state **ELIMINATE**.
- f. **Pag. 9** - le parole “Dichiarazione di conformità alla norma DIN 12924 parte 2” sono state **ELIMINATE**.
- g. **Pag. 11** – **al punto C1** - tra le parole “h)” e “saranno” sono state aggiunte le parole: **“in condizioni normali di utilizzo”**.

2) ALLEGATO 1.2.2:

- a. **Punto 12 pag. 3** – Le parole dopo m/s sono state sostituite con: **“in condizioni normali di utilizzo, in tutte le sezioni del vano di apertura della cappa per ogni livello di apertura del saliscendi, in quanto vengono utilizzate costantemente sostanze ad elevata tossicità come il dicromato di potassio, il solfuro di carbonio, l'acido solforico ed altre”.**
- b. **Punto 13 pag. 3** – Il numero “800” è stato sostituito con: **“500”**.
- c. **Punto 14b pag. 3** - le parole “Dichiarazione di conformità alla DIN 12924 parte 2” sono state **ELIMINATE**
- d. **Punto 18 pag. 5** – le parole “a pena di esclusione” sono state **ELIMINATE**.
- e. **Pag. 5** – le parole “Dichiarazione di conformità alla norma DIN 12924 parte 2” sono state **ELIMINATE**.
- f. **Pag. 8** – **al punto C1** tra le parole “h)” e “saranno” sono state aggiunte le parole: **“in condizioni normali di utilizzo”**.

Il dirigente della divisione Patrimonio, beni e servizi

Responsabile del procedimento
dott. Attilio Lestini