

# Procedura aperta per l'affidamento della fornitura e posa in opera di cappe da laboratorio

## **CHIARIMENTI**

**D 1)** Per l'attività di sopralluogo prevista dal disciplinare di gara è prevista la produzione di attestato? Deve essere inserito qualche documento nella busta per l'ammissione dei partecipanti?

**R 1)** **Per l'attività di sopralluogo non è prevista alcuna attestazione scritta, in quanto si tratta di un'attività facoltativa per l'operatore economico. Nessun documento va inserito tra quelli richiesti per l'ammissione dei partecipanti.**

**D 2)** La descrizione delle caratteristiche tecniche è riconducibile ad un operatore economico in particolare. Le misure e le certificazioni (esempio, cappa da cm.210 certificata EN...) sembrerebbero fare riferimento ad un unico produttore.

**R 2)** **Le caratteristiche tecniche del capitolato pubblicato per la procedura aperta, sono le medesime che sono state utilizzate per effettuare l'indagine di mercato effettuata tra il 18 e il 20 ottobre 2010, attraverso l'invio di una e-mail in posta certificata a 9 operatori economici iscritti nell'“Elenco degli operatori economici per le procedure in economia dell'anno 2010 di ARPA Lazio”. All'indagine hanno risposto 3 operatori economici. Il dato inserito per le misure è indicativo, come evidenziato nell'allegato 1.2.1 pag. 1 e nell'allegato 1.2.2 pag. 1 “Le dimensioni in larghezza sono indicative della tipologia”. Per quanto attiene alle certificazioni si veda la risposta R 3.**

**D 3)** Per le cappe chimiche per alti aggressivi è stato richiesto, a pena di esclusione, che siano dotate di certificazione DIN 12924-2. Siccome tale norma è di riferimento solo per il mercato tedesco e non costituisce uno standard europeo al pari della norma EN 14175, Vi chiediamo se riteniate idonee cappe chimiche, perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche di capitolato, certificate secondo la norma europea EN 14175 e dotate della Dichiarazione di conformità del produttore per quanto attiene ai requisiti indicati nella norma DIN 12924-2.

**R 3)** **Si ritengono idonee cappe chimiche, perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche di capitolato certificate secondo la norma europea EN 14175 e dotate di Dichiarazione di conformità del produttore per quanto attiene ai requisiti indicati nella norma DIN 12924-2. A tal fine è stato pubblicato l'Avviso di modifica degli allegati 1.2.1 e 1.2.2. e sono stati modificati gli allegati stessi.**

Il dirigente della divisione Patrimonio, beni e servizi  
Responsabile del procedimento  
dott. Attilio Lestini