

ANALIZZATORE BTEX

Criterio di aggiudicazione: in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice

DESCRIZIONE	Q.tà	IMPORTO A BASE DI GARA – IVA ESCLUSA	INDIRIZZO DI CONSEGNA – PIANO - STANZA
A) ANALIZZATORE BTEX	1	€ 28.000,00	Roma, via Giuseppe Saredo
B) GENERATORE DI AZOTO	1		
C) SERVIZIO DI INSTALLAZIONE e COLLAUDO IN SEDE			
D) GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA per almeno 24 mesi			

Le caratteristiche tecniche minime, **pena esclusione**, sono le seguenti; esse dovranno essere chiaramente indicate nella relazione tecnica, con il riferimento puntuale al seguente numero identificativo di ciascuna caratteristica:

A) ANALIZZATORE BTEX

- 1 Principio di misura: Gascromatografia Detector PID
- 2 Range minimo di misura: 0-100 ppb
- 3 Durata massima del ciclo di misura 30 minuti o inferiore
- 4 Rumore di fondo: ≤ 0.05 ppb
- 5 Limite di rilevabilità: ≤ 0.1 ppb
- 6 Linearità: $\leq 1\%$ full scale
- 7 Precisione: ± 0.2 ppb Benzene equiv.
- 8 Interfacce: Porta RS232, USB
- 9 Uscita del segnale di misura almeno in tensione o corrente
- 10 Dimensioni: Installabile su rack da 19"
- 11 Certificazioni: Conforme alla norma UNI EN 14662-3:2015

B) Generatore di azoto

- 12 Portata minima: 200 ml/min

C) Servizio di installazione e collaudo in sede

☐ La consegna dovrà avvenire presso la sede di Roma di via Giuseppe Saredo e l'installazione dovrà essere effettuata su un laboratorio mobile. La consegna e l'installazione dell'analizzatore dovrà essere concordata con l'ARPA Lazio e dovrà avvenire in presenza di ARPA Lazio e del soggetto manutentore del Sistema di monitoraggio della qualità dell'aria.

D) Servizio di assistenza tecnica per almeno 24 mesi

La fornitura comprende 24 mesi di assistenza tecnica e garanzia full risk di almeno 24 mesi dalla data di collaudo con esito positivo (salvo mesi aggiuntivi proposti dal concorrente).